

### 总铁在线分析仪技术参数

技术参数	数据指标	参数说明	备注
测量范围	0-0.5 mg/L（可根据实际情况扩展）	可根据实际情况扩展	异常报警和断电不会丢失数据，触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电，仪器自动排出残留反应物，自动恢复工作状态。
测量周期	最小测量周期为 30 分钟		
精确度	±10%		
重复性	±10%		
采样周期	时间间隔和整点测量模式	1~9999min 任意可调	
校准周期	1~99 天任意间隔任意时刻可调		
维护周期	一般每月一次，每次约 60 min		
环境要求	温度可调的室内，建议温度+5~28℃；湿度≤90%（不结露）	不结露	
尺寸	高 1350×宽 500×深 400mm		
电源	AC220±10%V，50±10%Hz，5A		
输出	RS-232、RS485、4-20mA 或 0-5V		